

เงื่อนไขการจ้างฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
โรงพยาบาลนครนายก

๑. ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ในโรงพยาบาลนครนายก เพื่อติดตั้งเครื่องฟอกเลือดและผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับฟอกเลือดดังนี้

๑.๑ จัดขนาดห้องบริการฟอกเลือดที่สัมพันธ์กับจำนวนเตียง อุปกรณ์ และพื้นที่ใช้สอยเหมาะสม การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน โดยมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔ ตารางเมตรต่อหนึ่งจุดบริการ เพื่อให้มีพื้นที่สามารถช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้โดยสะดวก ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวไม่รวมพื้นที่เตรียมน้ำบริสุทธิ์ พื้นที่ล้างตัวกรองห้องฟอกผู้ป่วยปฏิบัติงาน ห้องเก็บของ ห้องน้ำ ทางเดิน เป็นต้น

๑.๒ จัดที่ฟอกของญาติให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการ

๑.๓ จ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟ ที่ใช้จริงตามมิเตอร์ที่ผู้รับจ้างติดตั้งแยกไว้

๑.๔ ห้องฟอกเลือดต้องดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาโดยผู้รับจ้างตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง ให้ได้มาตรฐานตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด

๑.๕ จัดหาอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวก พร้อมบำรุงรักษา เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้เย็น กระจกน้ำร้อน คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

๑.๖ ผู้รับจ้างจัดหาอ่างล้างตัวกรองที่ได้มาตรฐาน และต้องแยกอ่างล้างสำหรับตัวกรองที่ติดตั้งไว้ระดับอีกเสบ B , C

๒. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ ในจำนวนที่เพียงพอ ดังนี้

๒.๑ จัดเตรียมระบบทำคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน (Water Treatment System) Reverse Osmosis พร้อมเกณฑ์การทำความสะอาดระบบน้ำและควบคุมความบริสุทธิ์ของน้ำอยู่ตลอดเวลาตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือฉบับปรับปรุงล่าสุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Reverse Osmosis)

- การเตรียมน้ำดิบ ระบบกรองน้ำเบื้องต้น ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ การวางระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์ การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ และการบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเรื่องการเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

- ต้องเก็บตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์จากระบบตรวจหาจำนวนแบคทีเรียปนเปื้อนโดยวิธีเพาะเชื้อเป็นประจำทุกเดือน และเก็บตัวอย่างก่อนทำการอบฆ่าเชื้อในระบบน้ำบริสุทธิ์ และ หรือในเครื่องไตเทียมอย่างน้อยทุก ๖ เดือน

- ส่งตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์ตรวจหาปริมาณ Endotoxin ทุก ๓ เดือน และสารเคมีโลหะหนักปนเปื้อนตามมาตรฐาน AAMI ปีล่าสุด เมื่อมีการติดตั้งระบบน้ำบริสุทธิ์ ส่งตรวจทุก ๖ เดือน หรือเมื่อมีเหตุให้สงสัยความบริสุทธิ์ของน้ำ

- ส่งน้ำ Dialysate ของเครื่องไตเทียมแต่ละเครื่อง ให้เก็บจาก Outflow port ของตัวกรองเลือดสลับกันไปแต่ละเครื่อง ซึ่งทุกเครื่องต้องได้รับการส่งตรวจอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และตำแหน่งที่เคยพบจำนวนแบคทีเรียมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดต้องส่งตรวจซ้ำให้หลังดำเนินการแก้ไขจนกระทั่งผลการเพาะเชื้ออยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

/เมื่อมีปัญหา...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวฐิติยา บุรณชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางผาสุข สุตวัฒน์)

(นายกิตติชัย ผิวอ่อนดี)

- เมื่อมีปัญหาในเรื่องการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Endotoxin หรือการปนเปื้อนสารทางเคมี โลหะหนัก เกินมาตรฐานที่กำหนด ควรรีบแก้ไขหาสาเหตุและหามาตรการป้องกันตามหลักมาตรฐานเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย

- บริษัทที่ตรวจตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข และได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจน้ำบริสุทธิ์ การส่งเพาะเชื้อ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๒.๒ จัดหาเครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐานอย่างน้อย ๑๒ เครื่อง และสามารถเพิ่มจำนวนเครื่องฟอกเลือดได้ตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง ให้บริการแก่ผู้ป่วยของผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่ให้บริการและพื้นที่ให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงประกาศของแพทยสภาและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยด้วย คู่สัญญาตกลงว่าผู้รับจ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบรรดาเครื่องไตเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างนำมาติดตั้งในโรงพยาบาลนครนายกตามสัญญา ยกเว้นกรณีปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงในอาคารสำนักงาน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไตเทียม

๒.๓ มีเกณฑ์การทำความสะอาดและการทะนุบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างน้อยทุก ๓ เดือนต่อเครื่อง กรณีเครื่องไตเทียมชำรุด ขณะที่ให้บริการฟอกเลือด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบให้ผู้ป่วยรายนั้นได้รับการฟอกเลือดให้ครบตามแผนการรักษาของแพทย์ และระหว่างต่อรอบต้องมีการ Disinfection เครื่องทุกครั้ง

๒.๔ จัดหาแก้อ้อฟอกเลือด ตามจำนวนเครื่องฟอกเลือด

๒.๕ น้ำยาล้างไต Part A , B , น้ำเกลือ, Blood Line , Av Fistula , Set IV , Heparin , disinfection , เข็ม, กระบอกฉีดยา, สำลี, glucose, analgesics, antihistamine, tranquilizer, ตัวกรองเลือดที่มีทั้ง High Flux , Middle Flux , Low Flux โดยสามารถล้างใช้ซ้ำได้ ตามรายการดังนี้

- ตัวกรอง High Flux , Middle Flux Reuse ไม่เกิน ๒๐ ครั้ง
- ตัวกรอง Low Flux Reuse ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง

๒.๖ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการฟอกเลือดได้มาตรฐานของสมาคมโรคไต

๒.๗ ต้องมีเครื่องมือและยาในการปฏิบัติการกู้ชีพครบตามมาตรฐานของการช่วยฟื้นคืนชีพ ดังนี้

๒.๗.๑ อุปกรณ์ในการปฏิบัติการกู้ชีพที่พร้อมใช้งาน ได้แก่ Self inflating bag (Ambu bag), Fiber Optic Laryngoscope, Endotracheal tube ขนาดต่างๆ , Oral Airway , Guide , ไฟฉาย , ๕๐% glucose พร้อมรถสำหรับกู้ชีพฉุกเฉินและกระดาดากรองหลัง

๒.๗.๒ ยาสำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ได้แก่ Adrenalin injection ,Sodium Bicarbonate injection , Calcaium Gluconate injection , Atropine injection

๒.๗.๓ Adaptor O๒ Flow meter พร้อมทั้งกระป๋องออกซิเจน สาย O๒ canula

๒.๗.๔ เครื่อง Suction และอุปกรณ์พร้อมใช้

๒.๗.๕ เครื่อง Defibrillator และอุปกรณ์พร้อมใช้

๒.๗.๖ เครื่อง EKG MONITOR พร้อม สายวัด O๒ Sat

/๒.๗.๗ เครื่อง...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวฐิติยา บุรณชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางผาสุข สุตวัฒน์)

(นายกิตติชัย ผิวอ่อนนดี)

๒.๗.๗ เครื่อง Infusion Pump

๒.๗.๘ เครื่องวัดความดันโลหิต, Stethoscope, เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

๒.๘ ตู้เย็นสำหรับเก็บยาฉีดที่ต้องรักษาอุณหภูมิ ๔° - ๘°c

๒.๙ พรอทวัดไข้ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ digital ซึ่งได้ทั้งรถนั่ง รถนอน

๒.๑๐ จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เหมาะสมในพื้นที่

๓. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการฟอกเลือดให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของโรงพยาบาลนครนายกโดยมีอายุรแพทย์โรคไต พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมและพยาบาลไตเทียมตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากรพยาบาลอยู่ประจำ (Full time) อย่างน้อยจำนวน ๒ คน เพื่อจะได้ให้การดูแลรักษาพยาบาล ติดตามปัญหาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อติดต่อรับนโยบายของโรงพยาบาล รวมทั้งแจ้งให้บุคลากรของผู้รับจ้างทุกคน ต้องปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของโรงพยาบาลนครนายก เช่น ต้องมีการเก็บและรายงานตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพ ต้องมีการรายงานความเสี่ยง และต้องมีระบบควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ฯลฯ

๔. ผู้รับจ้างต้องหาบุคลากรทำการฟอกเลือดให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของโรงพยาบาลนครนายก ดังนี้

๔.๑ แพทย์ มีคุณสมบัติผู้ประกอบเวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรจากแพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์โรคไต อย่างน้อยจำนวน ๑ คน ปฏิบัติงาน Part - time ซึ่งต้องสามารถมาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในความรับผิดชอบของตนได้ทันเวลา และมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ๑ ปี

๔.๒ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมและพยาบาลปริญญาที่ได้รับการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) หรือผ่านการอบรมไตเทียม ๔ เดือน จากสถาบันที่สมาคมโรคไตฯ หรือสภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๑ คน ต่อผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ๔ คน ในแต่ละช่วงเวลา และมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานร่วมด้วยในสัดส่วนเดียวกัน (อัตรากำลัง ๑ : ๒) พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และมีประสบการณ์ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมากกว่า ๑ ปี ถ้าไม่สามารถจัดอัตรากำลังได้ตามที่กำหนด ๙๐% ของจำนวนครั้งนับจากวันเริ่มสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาทันที

๔.๒.๑ มีความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้รักษา และสามารถแก้ไขภาวะเฉพาะหน้าหรือปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และพยาบาลไตเทียมของผู้รับจ้างจะต้องผ่านการอบรม Advanced cardiovascular life support (ACLS) และควรมีการอบรมทบทวนความรู้ทุกปี

๔.๒.๒ มีความสามารถสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ป่วยขณะรับการฟอกเลือด และสามารถให้การพยาบาลเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้อย่างทันท่วงทีกรณีผู้ป่วยมีอาการผิดปกติแก้ไขแล้วยังไม่ดีขึ้นต้องรายงานแพทย์ตามระเบียบขั้นตอนของโรงพยาบาลนครนายก

๔.๒.๓ ใช้เครื่องมือพิเศษทุกชนิดในหน่วยงานได้ถูกต้องเหมาะสม

๔.๒.๔ ให้การพยาบาลตามเทคนิคที่ถูกต้องตามมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และควรมีการทบทวนด้านวิชาการในศูนย์ไตเทียม ทั้งเครื่องมือและการรักษาพยาบาลอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไตเทียมและมีวุฒิบัตรในการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง

/๔.๒.๕ มีความสามารถ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวฐิติยา บุรณชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางผาสุข สุตวัฒน์)

(นายกิตติชัย ผิวอ่อนดี)

๔.๒.๕ มีความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีเพียงพอพร้อมใช้ได้ทันที (มีระบบการตรวจสอบเครื่องมือประจำวัน)

๔.๓ จัดหาบุคลากรหรือพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีความสามารถ ดังนี้

๔.๓.๑ ล้างตัวกรองเลือด ก่อน- หลังการใช้ฟอกเลือด และคำนวณเปอร์เซ็นต์ค่า TCV ของการใช้ตัวกรองเลือดได้ถูกต้องตามมาตรฐานของชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

๔.๓.๒ ดูแลทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมต่างๆของผู้ป่วย เช่น ทำความสะอาดเตียง เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เครื่องฟอกเลือด ซึ่งต้องปฏิบัติทุกรายหลังฟอกเลือดเสร็จในแต่ละรอบ

๔.๓.๓ มีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโดยใช้หลักการ Universal Precautions (ตามระเบียบของโรงพยาบาลนครนายก)

๔.๓.๔ มีความรู้เรื่องตรวจสอบวันหมดอายุ เนื่องจากอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable) และจัดเก็บอุปกรณ์โดยใช้หลัก First in – First out

๔.๔ จัดหาบุคลากรหรือพนักงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด อย่างน้อย ๒ คน

๔.๕ กรณีที่บุคลากรหรือพนักงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลไตเทียม ไม่มา เช่น ลาฉุกเฉิน ขาดงานโดยไม่บอก ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบหาบุคลากรมาปฏิบัติงานแทนอย่างเร่งด่วนทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องและไม่เกิดอันตรายถึงกับชีวิต (ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะมีการแจ้งเตือนโดยการโทรศัพท์ และทำเป็นหนังสือถึงผู้มีอำนาจของผู้รับจ้างทันที และถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้อีกภายใน ๑ วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาทันที และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการส่งต่อผู้ป่วยไปฟอกเลือดที่สถานบริการใกล้เคียง

๔.๖ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับผู้ป่วยได้ ในกรณีที่อุปกรณ์ของผู้รับจ้างเกิดขัดข้อง หรือชำรุด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่ฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยทุกรายที่ให้บริการอยู่ รวมถึงรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายระบบส่งต่อ เช่น การออกไปส่งตัว,รถรับส่ง

๕. ผู้รับจ้างต้องทำการฟอกเลือดให้ดังนี้

๕.๑ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๖ วัน วันละ ๓ รอบ

๕.๒ ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดที่ห้องไตเทียม และยังไม่มียาสำหรับฟอกเลือด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการวางสาย Double Lumen และทำการฟอกเลือดทันทีที่ห้องไตวาย

๕.๓ ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่หอบผู้ช่วยหนัก ผู้รับจ้างต้องให้บริการฟอกเลือด และดูแลรักษาเครื่อง Portable reverse osmosis และเครื่องฟอกเลือดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๖. มีการลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิการรักษา การบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย ระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกราย ทุกครั้ง ทั้งในระบบ HosXP ของโรงพยาบาล ลงทะเบียน TRT รวมทั้งการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ สกส. และ DMIS อย่างถูกต้อง

๗. การจ่ายเงินค่าฟอกเลือด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง โดยนับจากจำนวน Case ที่ผู้รับจ้างส่งเบิกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและได้รับการตอบกลับมาแล้ว

/๔.๒.๕ มีความสามารถ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววิจิตา บุรณชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางผาสุข สุตวัฒน์)

(นายกิตติชัย ผิวอ่อนดี)

๘. สำหรับยาที่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังใช้ เช่น ยา EPO ยา Ferritin ยารับประทาน จะบริหารจัดการ โดยระบบของโรงพยาบาลนครนายก (สั่งยาโดยผ่านแพทย์เท่านั้น)

๙. ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานการฟอกเลือดกับสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง แนบในวันเสนอราคา

๑๐. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมแท่งออกซิเจนสำรองเพื่อใช้ในศูนย์ไตเทียม

๑๑. ต้องมีระบบการควบคุมการติดเชื้อ ดังนี้

๑๑.๑ มีระบบการเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อ,ขยะทั่วไปโดยพนักงานทำความสะอาดของผู้รับจ้าง ให้ถูกต้องตามแนวทางของคณะกรรมการการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก รวมถึงการดูแลทำความสะอาดนอกหน่วยปฏิบัติงานและการอบเครื่องมือผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้เบิกจ่ายหนี้ และใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนโดยคิดค่าบริการตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

๑๑.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบเครื่องมือ	อัตราเฉลี่ย	๕๐ บาท
๑๑.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะติดเชื้อ	อัตรากิโกรัมละ	๑๐ บาท
๑๑.๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการซักผ้าปูผ้าห่ม	อัตรากิโกรัมละ	๑๕ บาท

โดยผู้รับจ้างตกลงชำระเงินภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้

๑๑.๒ ผู้รับจ้างจัดหาอ่างล้างตัวกรอง ที่ได้มาตรฐานและต้องแยกอ่างล้างสำหรับตัวกรองที่ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี , C

๑๑.๓ ห้องให้บริการฟอกเลือด ต้องเป็นเขตกึ่งปลอดเชื้อและมีการจัดโซนพื้นที่ตามมาตรฐาน

๑๑.๔ การใช้และปฏิบัติงานในเขตห้องบริการฟอกเลือดถูกต้องตามหลักการมาตรฐานการ ควบคุมการติดเชื้อ

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกราย

๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเรื่องให้กับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยมาตรวจรับรองก่อนเปิดให้บริการ ฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย

๑๔. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ผ่านการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงตามเงื่อนไขของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยภายใน ๑ เดือน ถ้าปรับปรุง ตามเงื่อนไขของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยไม่ได้ เห็นควรหยุดการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และจัดหาสถานที่ฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยทุกรายที่ให้บริการอยู่ เมื่อได้รับการรับรองจากสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทยแล้ว สามารถให้บริการต่อได้

๑๕. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการปรับปรุงดูแลจุดบริการให้สะดวก สะอาด สวยงามอยู่เสมอด้วยค่าใช้จ่าย ของผู้รับจ้าง รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิดหรือความเสียหายอื่นใดอันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

๑๖. ผู้รับจ้างตกลงว่าจะไม่นำงานที่รับจ้างตามสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างใน การกระทำหรือความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับจ้างช่วง

๑๗. ผู้รับจ้างต้องแจ้งชื่อสกุล ของผู้มาปฏิบัติงานทุกคน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ และต้องแจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวบุคลากร

/๔.๒.๕ มีความสามารถ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวฐิติยา บุรณชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางผาสุข สุตวัฒน์)

(นายกิตติชัย ผิวอ่อนดี)

๑๘. ผู้รับจ้างต้องจัดหาชุดฟอร์มของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับโดยแยกสีแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน

๑๙. ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ผู้ว่าจ้างจะไม่ให้มีการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยบริษัท ห้าง ร้าน หรือบุคคลภายนอก ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับผู้รับจ้างในโรงพยาบาลนครนายก เว้นแต่ ทั้งสองฝ่ายจะได้ทำความตกลงร่วมกัน รวมทั้งห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำผู้อื่น ซึ่งมีไข้ผู้ป่วยของผู้ว่าจ้างเข้ามาทำการ ฟอกเลือดภายในโรงพยาบาลโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

๒๐. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบและส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างและ จะต้องส่งมอบงานฟอกเลือดทุก ๑ เดือน (กำหนด ๑๒ เดือน) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดเงื่อนไขแห่งสัญญาทุกประการและคณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับไว้ เรียบร้อยแล้ว

๒๑. การเสนอราคา ตามรายการดังนี้

๒๑.๑ ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	จำนวน ๑๖,๘๒๐ ครั้ง
๒๑.๒ ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันใน ICU	จำนวน ๕๐ ครั้ง

ลงชื่อ..... ๕ ประธานกรรมการ

(นางสาวฐิติยา บุรณชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... ๕ กรรมการ ลงชื่อ..... ๕ กรรมการ

(นางผาสุข สุตวัฒน์)

(นายกิตติชัย ผิวอ่อนดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน